

16 באוגוסט 2021

מכרז מס' 24/2021 – קובץ הבהרות

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאליים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה"), על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

מסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי המכרז המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע, לחוברת ההליך המוגשת לחברה בהצעת המציע.

יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

מס' שאלה	כותרת המסמך במכרז	מס' הסעיף במסמך המכרז	פירוט השאלה	מענה
1	"עיקרי ההתקשרות"	2.3.3	במידה וקיים במזקק עצמו אפשרות לברור נתונים, האם נדרשת עדיין תוכנה חיצונית המותקנת על גבי מחשב?	סעיף 2.3.3 למכרז יתוקן כך שיירשם: "תוכנה לעיבוד נתונים. זאת, אלא אם כן המכשיר מסוגל לבצע את הטיטרציה, לאבחן נקודת סיום טיטרציה, ולשמור ולייצא נתונים - במקרה זה לא נדרשת תוכנה נפרדת".
2	"עיקרי ההתקשרות"	2.3	האם נדרש אוטוסמפלר המזין את הדוגמאות באופן אוטומטי אל המזקק?	לא.
3			האם ניתן להגיש הצעות למכשיר בשיטת Dumas או שיש הכרח למכשיר Kjeldahl מסורתי.	לא. המכשיר חייב להיות מבוסס טכנולוגיית Kjeldahl.
4	עיקרי ההתקשרות	2.3.1	האם יש צורך גם באוטוסמפלר ל-20?	לא.
5	עיקרי ההתקשרות	2.3	Exhaust Unit לא מופיע. האם דרוש?	כן.
6	עיקרי ההתקשרות	2.3.5	האם דרוש Scrubber אוטומטי שמכוון את הקצב?	כן.
7	עיקרי ההתקשרות	2.3.6	האם יש צורך בבלוק עיכול אוטומטי - מעלית אוטומטית שמוציאה את הדוגמאות כשתהליך השריפה מסתיים?	לא.
8	תנאי סף	3.4	X חברה צעירה אך העובדים התומכים ונותני השירות של Y ולמערכת kjeldahl ניסיון של יותר מ-5 שנים. האם סעיף 3.4 קביל	לפי סעיף 3.4 למכרז: "המציע הוא בעל ניסיון קודם באספקת מערכת KJELDAHL, בחמש (5) השנים

חתימה וחותמת:



<p>שקדמו למועד הגשת ההצעות, הכוללת מתן אחריות, שירותי תחזוקה ואספקת ציוד ומתכלים למערכת KJELDAHL, ללקוח (1) אחד לפחות".</p> <p>לכן:</p> <p>1. אם X ביצעה אספקה של מערכת KJELDAHL של Y, בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, הכוללת מתן אחריות, שירותי תחזוקה ואספקת ציוד ומתכלים למערכת KJELDAHL, ללקוח (1) אחד לפחות, היא תעמוד בתנאי 3.4.</p> <p>לחלופין,</p> <p>2. אם X ביצעה אספקה של מערכת KJELDAHL של Z, בחמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, הכוללת מתן אחריות, שירותי תחזוקה ואספקת ציוד ומתכלים למערכת KJELDAHL, ללקוח (1) אחד לפחות, היא גם תעמוד בתנאי 3.4.</p>	<p>מבחינתכם? לקוחות רבים המחזיקים KJELDAHL של חברת Y מקבלים שירות מאיתנו וייתנו את ההמלצות הדרושות.</p>			
--	---	--	--	--

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

חתימה וחותמת: